



STAR GATE 技工指示書

【TSV オーバーデンチャーアタッチメント】

TSV 用


① 歯科医院様控

FAX : 0120-418-321

太枠内は必須項目です

●ご依頼日		年	月	日	●納品希望日		年	月	日
フリガナ 患者様名									
様 性別(☐ 男 ☐ 女) 年齢(才)									
請求先	納品先	☐ の欄に ☒ を付けてください。(請求先に ☒ が無い場合は、技工所様への請求とさせていただきます。)							
☐	☐	歯科医院名							
		住所 〒 担当 様							
		TEL:				FAX:			
☐	☐	技工所名							
		住所 〒 担当 様							
		TEL:				FAX:			
		e-mail:							

● 設計

DTI オーバーデンチャー アタッチメント【チタン合金】				
システム	径タイプ	カフ	発注番号	数量
TSV  ワンピースタイプ	3.5mmD	0mmL	8661-D	
		1mmL	8662-D	
		2.5mmL	8663-D	
		3.5mmL	8664-D	
		4.5mmL	8665-D	
		5.5mmL	8625-D	
		6.5mmL	8626-D	
	4.5mmD	0mmL	8671-D	
		1mmL	8672-D	
		2mmL	8673-D	
		3mmL	8674-D	
		4mmL	8675-D	
		5mmL	8627-D	
		6mmL	8628-D	
	5.7mmD	1mmL	8180-D	
		2mmL	8181-D	
		3mmL	8182-D	
		4mmL	8183-D	
		5mmL	8184-D	
		6mmL	8185-D	

- アタッチメント締結の際は、LOCATORコアツール(ドライバー部分)、アパットメントホルダースリーブおよび各LOCATOR用ドライバーをご使用ください。
- アタッチメントは窒化処理されゴールド色となります。

● **歯番部位表** (インプラント埋入部位の歯番に○を付け、□に発注番号を記入してください)

8	7	6	5	4	3	2	1
8	7	6	5	4	3	2	1

1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8

ご注文について（重要）

- ※ STARGATEシステムは、歯科医師が発行する歯科技工指示書によって技工物を作製いたします。
(DTI オーバーデンチャーアタッチメント専用歯科技工指示書をご使用ください)
- ※ 歯科技工指示書には必ず歯科医院名・患者様名・請求先・納品先をご記入ください。
- ※ 受付時間：月～金曜日9:00～15:30(土・日・祝日を除く)
- ※ 受付時間内に発注された場合、受信日を含む3営業日後に技工物を発送いたします。
- ※ 納期に関しましては、地域・天候・交通事情等によりご希望に添えない場合があります。
- ※ **当歯科技工指示書で作製されたものは、返品および交換はいたしかねます。**
- ※ メール発注の場合：お手持ちのスマホ等で指示書全体が欠けることなく鮮明に撮影されたものを、メールで送信することが可能です。
メールアドレスは、sgco@dti-stargate.co.jp に送信ください。

受託歯科技工所1:
Dental Technology Instituteとちぎ (DTIとちぎ)
住所: 〒322-0251 栃木県鹿沼市野尻 113-6
TEL: 0120-418-325 FAX: 0120-418-321
email: sgco@dti-stargate.co.jp HP: www.dti-cadcam.com
受託歯科技工所2:
S.P.D.L (SP Dental Laboratory) ミリングセンター

チタン合金 TI-6AL-4V(64チタン) 認証番号 222AIBZX00037000